公告番号(機 － 1410Ｅ － 01)

入札説明書

2014 年 10 月 29 日

独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国際協力機構のブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け機材の調達に係る入札公告に基づく入札等については、当機構一般契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号。以下「細則」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

1　公告日

2014 年 10 月 29 日

2　契約担当役

理事　　小寺　清

3　競争入札に付する事項

件名 :　ブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け機材

(1) 主要調達機材名及び仕様（詳細は機材仕様明細書を参照）: 点滴台、診察灯用交換部品他

(2) 取 引 条 件 : 船積渡し（本邦出荷機材)、仕向地渡し（第三国出荷機材）

(3) 輸　出　者 : 受注者　（on behalf of JICA とする）

(4) 船 積 空 港 :（受注者の手配による）

(5) 仕 向 空 港 : ブジュンブラ国際空港

(6) 仕　向　地 : ブジュンブラ市内医療施設 11 か所（別紙ｺﾝｻｲﾆｰﾘｽﾄのとおり）

(7) 引 渡 期 限 : 2015 年 4 月 30 日

(8) 技師派遣期間 : 2015 年 4 月～2015 年 6 月

(9) 履 行 期 間 : 2014 年 12 月中旬(契約締結日)～2015 年 6 月 30 日

4　担当部署等

(1)担当部署

郵便番号 102-8012

東京都千代田区二番町 5 番地 25 二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構

調達部契約第三課（機材調達班）

TEL：03-5226-6643

FAX：03-5226-6324

Email： prtm2-kizai@jica.go.jp

(2)書類授受・提出場所、送付先

ア．持参の場合

書類の授受・提出場所は、上記(1)のビル１階にある調達カウンター（調達部受付）となります。

書類の授受は次の受付時間に限ります。

受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時

（ただし、午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く。）

イ．郵送の場合

送付先を調達部契約第三課（機材調達班）宛としてください。提出期間内の必着とします。提出期限に時間指定の記載がない場合は、受付時間どおり午後５時までとします。理由の如何を問わず、提出期間内に当機構まで接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。また、締め切りを過ぎて接到した書類は無効とします。

開封しなくとも内容が確認できるよう、封筒の表に公告番号及び案件名、内容物を記入してください。

ウ．FAX の場合

FAX での提出を可としている提出物の場合は、FAX 送信後に必ず電話で接到を確認してください。接到しなかった場合の責任は当機構は負いません。

エ．Email の場合

Email での提出を可としている又は指定している場合は、prtm2-kizai@jica.go.jp に Email で提出してください。その他のアドレスへの送付はご遠慮ください。

5　競争参加資格

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった後 2 年を経過しない者でないこと。

ア．契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため

に連合した者

ウ. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ. 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ. 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 入札代理人を使用する場合は、(1)及び(2)の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

(4) 公示日において、平成 25・26・27 年度全省庁統一資格若しくは平成 25 年 4 月 1 日以後に国際協力機構の資格審査にて「物品の製造」の「A」又は「B」若しくは「物品の販売」の「A」又は「B」の等級に格付けされる者

(5) 上記(4)を満たさない者は、本件の競争参加資格確認申請書の提出期間中において、「全省庁統一資格審査結果通知書を有していない場合」(次の URL にてホームページに掲載; http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html#a03)に基づき、資格審査申請書及び必要書類を提出すること。

当機構は本件に限り資格審査を行い、競争参加資格を確認して格付けを付与するが、「物品の製造」の「A」又は「B」若しくは「物品の販売」の「A」又は「B」の等級に格付けされる者を本件の競争参加資格者として認める。

(6) 輸出実績を有する者

(7) 当機構から「契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規程(調)第 42 号) に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。

(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(9) 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応募者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、入札書等の提出をもって、誓約したものとします。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、入札書等を無効とします。

ア. 応募者の役員等（応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。）である。

イ. 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。

ウ. 応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。

エ. 応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ている。

オ. 応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。

カ. 応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。

キ. その他、応募者が東京都暴力団排除条例（平成23 年東京都条例第54 号）に定める禁止行為を行っている。

6　競争参加資格確認の申請

(1) 本競争の参加希望者は、参加の意思及び5 の各号に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等提出書類を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに提出書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知された者は、競争に参加することができません。

ア. 申請受付期限：2014 年 11 月 10 日（月）午後 5 時

イ. 提出書類：

① 全省庁統一資格保有者

・競争参加資格確認申請書（所定の書式）

・平成 25・26・27 年度全省庁統一資格審査結果通知書（写）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

② 全省庁統一資格保有者でない者

・競争参加資格確認申請書（所定の様式）

・返信用封筒（切手貼付、申請者の住所・氏名を記載）

・資格審査用必要書類：以下の URL 参照

http://www.jica.go.jp/announce/screening/index.html

別案件において既に事前資格審査を申請し、当機構からの審査結果の通知を受けた者については、その審査結果の通知内容に変更がなければ、審査結果は有効となります。この場合においては、前回当機構より通知した審査結果の通知文書の写しをご提出いただくことで、資格審査用必要書類は省略できます。

ウ. 提出場所：上記４.参照

エ. 提出方法：持参又は郵送（FAX、Email 不可）

(2) 競争参加資格の確認の結果は 2014 年 11 月 12 日（水）付までの文書をもって郵送にて通知します。2014 年 11 月 14 日（金）までに結果が通知されない場合は、上記４.にお問い合わせください。

(3) その他

ア. 申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。

イ. 当機構は、提出された申請書を、本件の競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。

ウ. 提出された申請書は、返却しません。

エ. 提出期限以降における申請書等の差し替え又は再提出は認めません。

オ. 申請書に関する問い合わせ先は、上記４.を参照ください。

7　競争参加資格がないと通知された者に対する理由の説明

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面（様式は任意）により説明を求めることができます。

ア. 提出期限：2014 年 11 月 19 日（水）午後５時

イ. 提出場所：上記４.参照

ウ. 提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) 当機構は、説明を求めた者に対し、2014 年 11 月 21 日（金）までに書面により回答します。

8　本件入札に関する質問

(1) 機材仕様明細書の内容等、この入札案件に関する質問がある場合は、次に従い所定の様式により提出してください。

ア. 質問受付期限：2014 年 11 月 10 日（月）午後 5 時

イ. 提出方法：当方での取りまとめの都合上、電子データでのご提出をお願いいたします。

送付先：prtm2-kizai@jica.go.jp

メールの件名に【質問】と書き、本件の公示番号と件名を記載してください。

ウ. 注意:

質問受付期限を過ぎてから届いた質問に対してはお答えできませんのであらかじめ了承願います。

(2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

ア. 2014 年 11 月 12 日（水）に以下の URL の「質問回答」欄に掲示する予定です。質問内容によっては回答作成に時間を要する場合もありますが、遅くとも 2014 年 11 月 20 日（木）までに掲示します。

http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2014.html

イ. 質問回答は、掲載後に追加されて再掲載することがありますので、入札会までに必ず確認してください。

ウ. 質問を受け確認したことによって、仕様・数量等が変更されることがあります。また、質問がない場合にも訂正が生じることがあります。いずれも「質問回答」欄に掲載しますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず、

必ずご確認ください。入札金額は、掲載した全ての回答・訂正が反映されたものと見なされます。

9　辞退書の提出

(1) 資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは､次に従い辞退書(所定の様式)を提出してください。

提出期限：入札執行日の前日まで

提出場所：上記４．参照

提出方法：持参又は郵送（FAX、Email も可とします。）

(2) (1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以後の資格の確認等について不利益な取扱いを受けるものではありません。

(3) その他

ア. 辞退書の提出に係る費用は、提出者の負担とします。

イ. 提出された辞退書は、返却しません。

ウ. 提出期限以降における辞退書の取り消しは認めません。

エ. 辞退書に関する問い合わせ先は、上記４．参照。

10　入札執行（入札会）の日時及び場所等

(1) 日時: 2014 年 11 月 25 日(火)　午後 2 時 00 分

(2) 場所: 東京都千代田区二番町 5 番地 25　二番町センタービル

独立行政法人国際協力機構　　109 会議室

(3) 必要書類：入札参加に当たっては、以下の書類を持参してください。

ア. 競争参加資格確認通知書（写）1 通

イ. 委任状（社印及び入札会出席者の印を必ず押印）1 通（代表権を有する者が出席の場合は不要）

ウ. 入札書 3 通（最大入札回数３回）

11　入札者の失格

次のいずれかに該当するときは、当該入札者の行った入札を無効とし、当該入札者を失格とします。

(1) 競争に参加する者に必要な資格のない者は、入札会（再入札を含む。）に参加できません。

(2) 当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において、当機構が定める契約競争参加資格停止措置規程に基づいた契約競争参加資格停止措置を受けている等、上記に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者として取り扱います。

(3) 入札執行開始時刻に、間に合わなかった者は失格とし、入札執行（入札会）に参加できません。

(4) 明らかに連合によると認められる入札を行ったとき。

(5) 機構の職員の職務執行を妨害したとき。

(6) 他者の競争参加を妨害したとき。

(7) 機構の指示に従わなかったとき。

12　入札方法等

(1) 立会い入札会を行います。郵送又はFAX、Emailによる入札は認めません。

(2) 以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。以下の費用を含んだ総価（円）をもって入札金額とします。ただし、輸入通関は相手国政府の責任と費用負担で行います。

ア. 機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金

イ. 梱包　条件書に基づく輸出梱包にかかる費用

ウ. 輸送条件書に基づく輸送等にかかる費用

エ. 海上貨物保険料（第三国出荷機材に限り、応札者の任意とします。）

オ. 技師派遣条件書に基づく技師派遣にかかる費用

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とします。本邦出荷機材に係る海上貨物保険料は入札金額及び落札金額に含みませんが、落札後、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料を加算して契約金額とします。第三国出荷機材に係る海上貨物保険は受注者の任意になりますが、付保する場合は入札金額に含めてください。

(4) 入札金額は日本円建てとします。海上輸送料等外国通貨で積算が必要な場合は、入札参加会社の判断に基づく為替レートで円換算してください。当機構は入札後の為替レートの変動リスクは負いません。

(5) 本件は、輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、また、技師派遣にかかる経費も海外業務のため、契約金額に消費税はかかりません。

(6) 入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入してください。

ア. 代表権を有する者自身による場合は、法人の名称又は商号並びに代表者名及び社印又は代表者印

イ. 代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並び代表者名及び受任者（代理人）とその者の印（委任状に押印したものと同じ印鑑）

(7) 入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことができません。

(8) 入札保証金は免除します。

(9) 海外向け機材調達にかかる各種手続きは、「JICA 海外向け資機材調達の手引き」に記載しています。本入札で使用する所定の入札書式及び一般的な配慮事項等が含まれていますので、入札に参加する方は予め内容をご確認のうえ入札してください。同手引は次の URL からダウンロードできます。

http://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2014.html

13　入札書の無効

次のいずれかに該当する入札書は無効とします。その回で落札者が決まらず再度札を入れる場合（再入札）には、入札に参加できます。

(1) 入札書に入札者の記名、押印が欠けているとき。

(2) 入札金額が訂正してあり、訂正のための印が押されていないとき。

(3) 誤字、脱字（数字の脱落を含む。）等により意思表示が不明確なとき。

(4) 条件が付されているとき。

(5) 再入札において、入札金額が前回までの入札における最低額と同額以上の入札をしたとき。

14　落札者の決定方法

(1) 当機構の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。

15　入札会手順等

(1) 入札会の手順

ア. 入札会参加者の確認

入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求めます。

各入札会参加者は、競争参加資格確認通知書（写）及び委任状（代表権を有する者が参加する場合は不要）を提出し、入札事務担当者がこれらを確認します。

入札参加者は原則として１名とします。

イ. 入札書の投入

各入札参加者は、所定の様式による入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。

ウ. 開札及び入札書の内容確認

入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。

エ. 入札金額の発表

入札事務担当者が、入札金額を低い順番から読み上げます。

オ. 予定価格の開封及び入札書との照合

入札執行者が、予定価格を開封し最低入札金額と照合します。

カ. 落札業者の発表

入札執行者が、「落札」または「不調」を発表します。開札の結果、入札者すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに再入札を行います。再入札を２回まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります、入札金額の最も低いものから、順次随意契約の交渉を行います。

(2) 入札途中での辞退

「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、上記イにおいて投入してください。

金			辞				退			円

16　内訳書の提出、契約書作成及び締結

(1) 落札者は、船積渡しの品目について、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料の見積り（料率は特約で定めています。保険料の現場戻しはありません。）を取り付け、落札価格に海上貨物保険料を加算した最終見積書を提出するものとします。当機構は最終見積金額を査定のうえ、契約金額を確定します。なお、落札者は保険申込み及び保険料払い込みを行いますが、被保険者は当機構になります。

(2) 落札者は、入札日の翌日から起算して 7 営業日以内に内訳書を提出してください。7 営業日以内に内訳書の提出がない場合には、当該落札者を失格とすることもあります。

(3) 当機構における内訳書の確認及び内部手続きの完了後、契約相手と決定された者は、契約書（案）を雛形に基づき作成してください。(契約書の日付は、内訳書の確認及び当機構の内部決裁が完了後に当機構が指定します。)

契約書(案)の雛形は、

・添付のとおりです。

(4) 契約保証金は免除します。

17　契約締結後の提出書類

(1) 受注者は、危険品、温度管理品及び外国製品について、契約締結から 30 日以内にその有無をそれぞれ所定の様式により「安全データシート(SDS)」又は「成分表」を添付して当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、検疫、梱包材の燻蒸証明取り付け、その他各種許可承認等の手続きが必要

な場合、受注者の責任において行ってください。仕向国での輸入手続きに原産地証明、領事査証等が必要な場合に提出を求めることがあります。

(3) 受注者は、輸送書類を契約書に定める期限までに作成し、当機構に提出するものとします。提出が遅延したことにより発生する費用（倉庫料等）に関しては、受注者負担とします。

(4) 薬品を調達する場合は、受注者は、機材納品予定日の 7 営業日前までに、その有効期限を所定の様式により当機構に提出するものとします。

18. 安全保障輸出管理

(1) 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号)、輸出貿易管理令（昭和 24 年政令第 378 号)、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則（以下、まとめて「輸出規制法規」という。）による輸出規制該当品の有無を確認し、契約締結から 30 日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。

(2) 受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料（項目別対比表、パラメーターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号（ECCN）等）を、契約締結から 30 日以内に当機構に提出するものとします。

(3) 輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。

(4) 当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。

19. 留意事項

(1) 入札参加者は、「JICA 海外向け資機材調達の手引き」、機材調達契約約款、契約書案、機材仕様明細書他附属書類を十分理解してから入札に参加するものとします。

(2) 委任状等に虚偽の記載をした場合においては、措置規程に基づき措置を行うことがあります。

(3) 落札者が独占禁止法あるいは刑法に定める談合等不正行為を犯し、行政処分または刑が確定したときは、落札者は談合等不正行為にかかる違約金として契約金額の 100 分の 10 を当機構へ支払うものとします。また、この場合当機構は当該落札者とは契約を締結しません。もし契約締結後にかかる状況になった場合は、当機構は、契約書に基づき、同上の違約金を徴取するとともに、該当契約を解除します。

(4)　正当な理由なくして次の各状況に該当する場合は、次回以降の入札参加をお断りする場合があります。

ア. 危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無について所定の期日までに提出がない場合

イ. 危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無、薬品の有効

期限の判定に誤りがあった場合

ウ. その他関連業務が粗雑あるいは不誠実と認められる場合

20. 情報の公表について

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとされたことに伴い、JICA でも同情報の公表を行っています。

つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構ホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、競争に参加していただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。

(1) 公表の対象となる契約

財産の買入れの場合、160 万円を超える契約

(2) 公表の対象となる契約相手方

次のいずれにも該当する契約相手方

ア. 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること

（注）役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。

イ. 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の３分の１以上を占めていること

(3) 公表する情報

契約ごとに、物品役務の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。

ア. 当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名

イ. 契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高

ウ. 契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨

・３分の１以上２分の１未満

・２分の１以上３分の２未満

・３分の２以上

エ. 一者応札又は応募である場合はその旨

(4) 当機構の役職員経験者の有無の確認日

当該契約の締結日とします。

(5) 情報提供の方法

契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。

詳細は、次のページをご参照ください。

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html

以上

（様式１）

競争参加資格確認申請書

２０１４年　　月　　日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理事　　小寺　清　殿

住所
商号又は名称
役職名
代表者氏名　　役職印
整理番号（　　）（注 3）

２０１４年１０月２９日付で公告のありましたブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け機材調達に係る一般競争入札に参加を希望します。

つきましては、当社の必要な競争参加資格について、下記により確認されたく申請します。
なお、下記の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記

入札公告３に規定されている競争参加資格要件をすべて満たします。

（注1） なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。切手の料金は任意ですが、確実な郵送のため、**簡易書留料金(392 円)**をお勧めします。当機構は郵便物が到着しない場合の責任は負いません。
（注2） 代表権を有する者以外による申請の場合、代表権を有する者から申請者への委任状を併せて提出してください。
（注3） 整理番号は、JICA の資格審査結果通知書（または以前に全省庁統一資格を提出されたときの JICA からのメール）にて通知された番号です。
（注4） 平成 25・26・27 年度全省庁統一資格審査結果通知書（写）（若しくは、JICA の資格審査結果通知書（写））を添付してください。
（注5） 当機構が実施する調達案件にご関心を持っていただいた方の情報を取りまとめるため、情報シートの提出をお願いしています。未提出の場合、または、変更情報がある場合、ご提出ください。様式は次の URL を参照してください。
http://www.jica.go.jp/announce/screening/ku57pq00000s45w1-att/ind_info.pdf

（様式２）

辞退書

２０１４年　　月　　日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理事　小寺　　清　　殿

住所
商号又は名称
役職名・代表者氏名　　役職印

２０１４年　　月　　日付けで競争参加資格確認通知がありました
ブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け
機材調達に係る一般競争入札の参加を辞退します。

以　上

（注）この辞退書は、入札説明書による提出期限内に持参あるいは郵送して下さい。なお、
郵送の場合は、提出期限内に必着のこととします。

入　札　書

２０１４年　　月　　日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理事　　小寺　清　殿

住所：
会社名：
代表者役職名・氏名：
代理人：　　㊞

件名：ブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け機材

標記の件について仕様書、入札条件、契約条項および入札参加者心得を熟知のうえ、一括下記のとおり入札いたします。

金										円

別冊機材仕様書の本邦出荷機材に対する CPT 金額（船積空港から仕向地までの航空輸送+内国輸送の経費、仕向地での荷卸し経費を含む。JICA 指定海上保険料は含まない。）及び第三国出荷機材に対する DAP 金額（船積空港から仕向地までの航空輸送+内国輸送の経費、仕向地での荷卸し経費を含む。海上保険料は任意ですが付保する場合含めてください。）

以　上

※　法人の名称又は商号並びに代表者名を明記して下さい。
※　代表者が入札を行う場合は、代表者印（役職印）を押印して下さい。
※　代理人が入札する場合は、委任状を提出の上、受任者（代理人）の氏名と押印が必要です。その場合は、代表者印（役職印）は不要です。
※　入札価格には、以下の費用が含まれます。
　①　機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金
　②　梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用
　③　輸送条件書に基づく輸送にかかる費用
　④　貨物海上保険料（第三国出荷機材に限る。任意）
　⑤　技師派遣にかかる経費
※　本件は、第三国からの出荷であり、また、技師派遣[1]にかかる経費も海外業務なので、消費税はかかりません。

（様式４）

最終見積書

２０１４年　　月　　日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理事　小寺　清　殿

住　所
商号又は名称
代表者氏名　　役職印

件名：ブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け機材

標記案件につき、以下のとおりお見積りいたします。

記

見積金額：　　円

落札金額　：　　円
保険料　　：　　円
合計　　：　　円
(JICA 指定保険会社の保険料計算書は別添のとおり)

引渡期限：２０１５年　月　　日
技師派遣期間：２０１５年　　月　　日
履行期間：２０１４年　　月中旬（契約締結日）～２０１５年　　月　　日

以　上

入札説明書に関する質問

案件名： ブルンジ国ブジュンブラ市内医療設備整備計画フォローアップ協力向け機材

本件入札説明書に関し、質問します。

公示番号：機 －１４１０Ｅ － ０１	
	質　問　事　項
1	
2	
3	
4	
5	

御社名称：
担当者氏名：
TEL:
FAX:
E-mail:

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
0	総則	（総則）1.電源の仕様について		
	General	電源に交流電源を使用する場合は、		
		ブルンジ現地電源、AC220V　50Hz　単相 に合わせること。		
		ステップダウントランスの使用は原則として認めない。		
		2.電源プラグはC型をつけること。		
		3.取扱説明書は仏文または仏訳したものを納品すること。		
1	点滴台	（仕様）支柱材質：ステンレス、アルミニウムまたはスチール		
		高さ調整：可能		
		脚部：5脚キャスター付き		
		吊り下げフック：2個以上の輸液バッグを吊り下げ可能であること		
		参考銘柄① 51010 イルリガードル台	ナビス	
		[構成]　51010 イルリガードル台（本体）		4
		参考銘柄② N-52 イルリガードル台	村中医療器	
		[構成]　N-52 イルリガードル台（本体）		4
2	診察灯用交換部品	（仕様）Ordisi社の純正品、推奨品であること		
		銘柄指定 FLH-2用交換部品		
		[構成]　FL020063 Lamp holder	Ordisi, S.A.	1
3-1	分娩監視装置	（仕様）測定項目：胎児心拍数、胎動、陣痛		
		測定機能：双子の胎児も測定できること		
		心拍数測定範囲：50～210bpmより幅があること		
		心拍数測定方式：2チャンネル超音波ドップラー		
		アラーム機能：胎児心拍上限及び下限、表示時間		
		胎動測定方式：超音波ドップラーによる自動測定		
		胎動記録チャンネル：2チャンネル		
		陣痛測定方式：歪みゲージによる		
		記録方式：付属サーマルプリンタによる		
		記録項目：胎児心拍数、陣痛		
		付属品：標準付属品（1式）		
		キャスター付き架台（1式）		
		双子用ドップラートランスデューサー（1式）		
		双子用ドップラートランスデューサーベルト（1式）		
		双子用リモートマーカースイッチ（1式）		
		取扱説明書（仏文 1部）		
		消耗品（1式）		

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
3-1	分娩監視装置	参考銘柄① MT-516 分娩監視装置	トーイツ	
	つづき	[構成]　　MT-516 分娩監視装置（本体）		4
		標準付属品：Y字型（DOP/UC)トランスデューサー		4
		トランスデューサーベルト		4
		リモートマーカースイッチ		4
		記録用紙		4
		ジェル250ml		4
		記録ペンクリーナー		4
		電源ケーブル		4
		取扱説明書		4
		特別付属品：キャスター付き架台		4
		双子用測定セット		4
		（双子用ドップラートランスデューサー）		
		（双子用ドップラートランスデューサーベルト）		
		（双子用リモートマーカースイッチ）		
		消耗品：　記録用紙		48
		ジェル250ml		60
		トランスデューサーベルト		16
3-2	フェータルドップラー	（仕様）型式：卓上型		
		超音波周波数：2.5MHz		
		超音波出力：28mW/cm2以下		
		スピーカー：直径120㎜		
		バッテリー駆動時間：フル充電後6時間以上		
		表示機能：心拍、バッテリー低下など		
		付属品：標準付属品（1式）		
		ジェル250ml（1式）		
		取扱説明書（仏文 1部）		
		参考銘柄① KD-250 Doppler Fetus Detector	中村医科工業	
		[構成]　　KD-250 Doppler Fetus Detector（本体）		2
		標準付属品：充電器		2
		コード付きプローブ		2
		プローブホルダー		2
		電源ケーブル		2
		取扱説明書		2
		特別付属品：ジェル250ml		2

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
3-2	フェータルドップラー	参考銘柄② 108 Atom Fetal Doppler	アトムメディカル	
	つづき	[構成]　　108 Atom Fetal Doppler（本体）		2
		標準付属品：電源コード		2
		取扱説明書		2
		特別付属品：ジェル250ml		2
4	超音波診断装置（ポータブル）	（仕様）Esaote社の純正品、推奨品であること		
	交換部品・消耗品			
		銘柄指定 MyLabFIVE用交換部品	Esaote S.p.A.	
		[構成]　　CA1421 Convex Probe 5 2		3
		特別付属品：ジェル 5リットル		12
5	超音波診断装置用交換部品・	（仕様）Esaote社の純正品、推奨品であること		
	消耗品			
		銘柄指定 MyLab20 Plus用交換部品	Esaote S.p.A.	
		[構成]　　CA1421 Convex Probe 5 2		4
		Line Probe		4
		Transvaginal Probe		4
		特別付属品：ジェル 5リットル		16
7	分娩器具セット	（仕様）構成：鉗子、ハルステッドまたはベビー・クライル、反、140㎜（2本）		
	(保健センター)	剪刀、メーヨー、反、140㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、直、140㎜（1本）		
		止血鉗子、コッヘルまたは同等、有鈎、直、145㎜（2本）		
		ピンセット、外科用、有鈎、145㎜～150㎜（1本）		
		ピンセット、外科用、無鈎、130㎜～145㎜（1本）		
		持針器、メーヨー・ヘーガル、150㎜～160㎜（1本）		
		金属尿道カテーテル、女性用、160㎜、FR12（1本）		
		収納用カスト、角型、乾熱滅菌可能（1個）		
		スポンジ鉗子、直、180㎜～200㎜（1本）		
		膿盆、210㎜（1個）		
		膿盆、240㎜（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、400ml～500ml（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、700ml～1000ml（1個）		
		鉗子立て、取っ手付、75㎜φ、高さ115㎜～120㎜（1個）		
		材質：ステンレス		
		参考銘柄① 分娩器具セット	高砂医科工業	1
		[構成]　　鉗子、ハルステッドまたはベビー・クライル、反、140㎜（2本）		
		剪刀、メーヨー、反、140㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、直、140㎜（1本）		

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
7	分娩器具セット	止血鉗子、コッヘル、有鈎、直、145㎜（2本）		
	(保健センター)	ピンセット、外科用、有鈎、150㎜（1本）		
	つづき	ピンセット、外科用、無鈎、130㎜（1本）		
		持針器、メーヨー・ヘーガル、160㎜（1本）		
		金属尿道カテーテル、女性用、160㎜、FR12（1本）		
		収納用カスト、角型、乾熱滅菌可能（1本）		
		スポンジ鉗子、直、200㎜（1本）		
		膿盆、210㎜（1本）		
		膿盆、240㎜（1本）		
		ガーゼ缶、蓋付、447ml（1本）		
		ガーゼ缶、蓋付、1000ml（1本）		
		鉗子立て、取っ手付、75㎜φ、高さ115㎜（1本）		
		参考銘柄② BH141R,etc. 分娩セット	大祐医科工業	1
		[構成]　　鉗子、ベビー・クライル、反、140㎜（2本）		
		剪刀、メーヨー、反、140㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、直、140㎜（1本）		
		止血鉗子、有鈎、直、145㎜（2本）		
		ピンセット、外科用、有鈎、145㎜（1本）		
		ピンセット、外科用、無鈎、145㎜（1本）		
		持針器、メーヨー・ヘーガル、150㎜（1本）		
		金属尿道カテーテル、女性用、160㎜、FR12（1本）		
		収納用カスト、角型、乾熱滅菌可能（1個）		
		スポンジ鉗子、直、180㎜（1本）		
		膿盆、210㎜（1個）		
		膿盆、240㎜（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、400ml（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、700ml（1個）		
		鉗子立て、取っ手付、75㎜φ、高さ120㎜（1個）		
8	インファントウォーマー用	（仕様）アトムメディカル社の純正品、推奨品であること		
	交換部品			
		銘柄指定 V-3200D用交換部品	アトムメディカル	
		[構成] 94013 マットレス		4
		95747 イルミネーションランプ		8
		94006 クウォーツヒーター		4
9	酸素吸入器（成人・新生児）	（仕様）構成：ボンベ用加湿流量計（加湿瓶（キャンプ・パッキン付）、圧力計付減圧弁を含む）		
		成人用酸素マスク、新生児用酸素マスクまたはカニュラ、成人用経鼻カニューラ		
		酸素流量：1.5～15リットル/分		
		接続部：PIN INDEX対応		

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
9	酸素吸入器（成人・新生児）	加湿瓶材質：ポリカーボネート		
	つづき	酸素マスク：長さ2m以上チューブ付		
		成人用経鼻カニューラ：長さ2m以上チューブ付		
		参考銘柄① 0-300-01他 酸素吸入器	ナビス/アトムメディカル	
		[構成]　0-300-01 加湿流量計（ボンベ用）	ナビス	7
		0-294-01 中濃度用酸素マスク 成人用チューブ付き（10個入り一箱）	ナビス	21
		41333 酸素鼻孔コニューラ（10個入り一箱）	アトムメディカル	21
		0-9600-01 ソフト酸素カニューラ 成人用2.1mシュアフロー付き（50本入	ナビス	1
		交換部品：加湿瓶（キャンプ・パッキン付）	ナビス	7
		参考銘柄② S-40-FH他 酸素吸入器	村中医療器/京中貿易	
		[構成]　S-40-FH 酸素流量計加湿瓶付（ボンベ用）	村中医療器	7
		3648 酸素マスク 成人用、チューブ付（10個入り一箱）	村中医療器	21
		S-015 鼻腔カニューラ XXSサイズ	京中貿易	210
		No6.1S ソフト酸素カニューラ 成人用2.1mシュアフロー付き（20本入り	村中医療器	2
		交換部品：2020-H 加湿瓶（キャンプ・パッキン付）	村中医療器	7
10	酸素吸入器(新生児）	（仕様）構成：ボンベ用加湿流量計（加湿瓶（キャンプ・パッキン付）、圧力計付減圧弁を含む）		
		新生児用酸素マスクまたはカニュラ		
		酸素流量：1.5～15リットル/分		
		接続部：PIN INDEX対応		
		加湿瓶材質：ポリカーボネート		
		酸素マスク：長さ2m以上チューブ付		
		参考銘柄① 0-300-01他 酸素吸入器	ナビス/アトムメディカル	
		[構成]　0-300-01 加湿流量計（ボンベ用）	ナビス	9
		41333 酸素鼻孔コニューラ（10個入り一箱）	アトムメディカル	27
		交換部品：加湿瓶（キャンプ・パッキン付）	ナビス	9
		参考銘柄② S-40-FH他 酸素吸入器	村中医療器/京中貿易	
		[構成]　S-40-FH 酸素流量計加湿瓶付（ボンベ用）	村中医療器	9
		S-015 鼻腔カニューラ XXSサイズ	（京中貿易）	270
		交換部品：2020-H 加湿瓶（キャンプ・パッキン付）	村中医療器	9
11	卓上吸引器用修理部品・交換	（仕様）Ordisi社の純正品、推奨品であること		
	部品			
		銘柄指定 AP-92用交換部品	Ordisi, S.A.	
		[構成] AP017518 Moter pump		5
		FB-193A10 Bactericidal Filters FB-193A (bag of 10 units)		30
		FV010100 1 liter LEXAN flask with stopper and connectors		10

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
11	卓上吸引器用修理部品・交換	AP017542 Silicone tube of 6x12 mm (1 m)		5
	部品	RC009949 Silicone tube of 4x8 mm (1m)		5
	つづき	RC009928 T connector		5
		RC009906A Fuse: 1A 5x20		30
		RC009904 Fuse holder		30
14	手術灯	（仕様）型式：モバイル式		
		高さ：調整可能であること		
		キャスター：付属		
		光源：LED		
		照度：120,000lux以上（距離1m）		
		付属品：取扱説明書（仏文 1部）		
		交換部品：センターハンドル（滅菌可能または滅菌処理済）		
		参考銘柄① CR04SC CRYSTAL Mobile Srand	山田医療照明	
		[構成] CR04SC CRYSTAL Mobile Srand		3
		標準付属品：取扱説明書		3
		交換部品：センターハンドル（滅菌可能）		3
		参考銘柄② Polaris 100 Mobile Light with Battery	トレーサルメディカルジャパン	
		[構成] Polaris 100 Mobile Light with Battery		3
		標準付属品：取扱説明書		3
		交換部品：センターハンドル（滅菌処理済）		3
15	麻酔器用修理部品・交換部品	（仕様）SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP社の純正品、推奨品であること		
		銘柄指定 AM5000用修理部品・交換部品	SIARE ENGINEERING	
		[構成] OM397	INTERNATIONAL GROUP	1
		008AD.R ALPHA DELTA		1
		CS00120 CO2 reusable BS standardabsorber (steril.by cold immersion)		2
		of 0.6kg capac.including a spare jar of 0.6kg		
		100148/IDF Halothane vaporizer with interlock and rapid connection		1
		including refill device		
		119121 CO2 Absorber kit		2
		001562/SLR Silicone, resuscitation patient circuit for adults		3
		including:		
		- n.4 silicone corrugated tube, adult L=60 D=22		
		- n.1 Y connector for adults 22x22x22 15F		
		- n.2 water trap, adults		
		- n.1 mask connector with connecting tube		
		0011100/P Jackson Rees paediatric circuit composed of:		3

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
15	麻酔器用修理部品・交換部品	- 0.50 lt. bag with descharge valve		
	つづき	- Catether mounth		
		- T connector		
		- Green Tube		
		- British connector		
		- Corner connector		
		P08900139 O2 inlet AFNOR type		3
		P08900129 N2O inlet AFNOR type		3
		106151/3 Black rubber rebreathing bag of lt.3		3
		106144/2 Silicone transparent face mask size 2		3
		106144/4 Silicone transparent face mask size 4		3
		106144/5 Silicone transparent face mask size 5		3
		106142 Head Harness for adults		3
		G60005101 O2 hose for VENTILATOR connection		1
		G60005100 4 mt hose for O2 supply unit, white color		3
		G60006100 4 mt hose for N2O supply unit, blue color		3
		A2000 Adults-Paediatric hose kit for humidifier		1
		E85500999 Cable for O2 sensor connection		1
		R094000A1 Annual maintenance kit for soda lime group 00119		1
16	手術用吸引器用修理部品、	（仕様）Ordisi社の純正品であること		
	交換部品			
		銘柄指定 FV-1220用交換部品	Ordisi, S.A.	
		[構成]　FB-194A5 Bactericidal filters FB-194A (bag of 5 units)		6
		FV010300 3 liter LEXAN flask with stopper and connectors		10
		AP017542 Silicone tube of 6x12 mm (1 m)		4
		FV010038 Large fast connector with joint		4
		FV010039 Small fast connector with joint		4
		RC009955A Fuse: 3.15A 5x20		10
		RC009904 Fuse holder		10
17	電気メス用交換部品	（仕様）Alsa社の純正品であること		
		銘柄指定 EXCELL 350 MCDSe用交換部品	Alsa apparecchi medicali s.r.l.	
		[構成] SEL/E Set of 8 electrodes		12
		E21 Loop type wire round diam. mm.5		12
		E23 Loop type wire round diam. mm.10		12
		E23/N - LOOP TYPE DIAM. MM.10 ELECTRODE		12
		E25/N -LOOP TYPE RIBBON ROUND DIAM. MM15		12
		MPE/CMS - HAND-SWITCH HANDLE W/CABLE		12
		PMC/R - BIP. FORCEPS STRAIGHT T.1 L.200		12

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
17	電気メス用交換部品	EL/BL-L - HOOK 'L'ELECTR.INSUL.DIAM.MM.5		12
	つづき	CPB/E - BIP. CABLE MCDS/MCDSe/NHP - MT.3		12
		DS/E - DUAL PEDAL		12
		DS/B - DUAL PEDAL (BIPOLAR)		12
		NP/A - NEUTR.PLATE STAINL. STEEL W/CABLE		12
		FGE -FIXING BELT FOR NEUTR. PLATE CM.150		12
		CMS/E - CABLE MT.3 REUSABLE TYPE		12
		EIP/SA - SPLIT ELECTRODE ADULTS (25 PCS)		12
		RD/5 - ADAPTOR FOR MONOPOLAR CABLES		12
		RD/BF - ADAPTOR TYPE A/B ALSA CATALOG		12
		RD/BF1 -ADAPTOR TYPE C ALSA CATALOGUE		12
		RD/BF2 - ADAPTOR TYPE D ALSA CATALOGUE		12
18	患者モニター（成人）用	（仕様）Infinium Medical社の純正品であること		
	修理部品・交換部品			
		銘柄指定 OMNI II用修理部品・交換部品	Infinium Medical, Inc	
		[構成] 1003L6O ECG Cable and Leads (3 Lead)		12
		325DFS SPO2 Finger Probe with Cable		12
		200LAC NIBP Cuff Large Adult		12
		200AC NIBP Cuff Adult		12
		100EA ECG Electrode (Box of 1200)		1
19	患者モニター(新生児）用	（仕様）Infinium Medical社の純正品であること		
	修理部品・交換部品			
		銘柄指定 OMNI II用修理部品・交換部品	Infinium Medical, Inc	
		[構成] PA-O2-301 AC-DC Module		1
		1003L6O ECG Cable and Leads (3 Lead)		4
		325DYS SPO2 Y sensor (Infant) req Ext cable		4
		325DEC SPO2 Ext. Cable		4
		200CC NIBP Cuff Child		4
		200IC NIBP Cuff Infant		4
		100EP ECG Electrode (Box of 1500, Inf)		1
		PA-O2-302 DC/DC Module		1
20	パルスオキシメータ（成人）用	（仕様）Infinium Medical社の純正品であること		
	修理部品・交換部品			
		銘柄指定 OXCYON II用修理部品・交換部品	Infinium Medical, Inc	
		[構成] MD2AM Motherboard		2
		300BFSOXII SPO2 Finger Probe for Ext Cable		10
		300BOXIIEXT SPO2 Ext. Cable		10
		9400 Battery		5

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
20	パルスオキシメータ（成人）用	MD2ASO SPO2 Socket		2
	修理部品・交換部品			
	つづき			
21	パルスオキシメータ（新生児）	（仕様）Infinium Medical社の純正品であること		
	修理部品・交換部品			
		銘柄指定 OXCYON II用修理部品・交換部品		
		[構成] 300BYSOXII SPO2 Y sensor (Infant) req Ext cable		20
		300BOXIIEXT SPO2 Ext. Cable		20
		9400 Battery		7
		MD2ASO SPO2 Socket		5
24	高圧蒸気滅菌器用	（仕様）Priorclave社の純正品・推奨品であること		
	修理部品・交換部品			
		銘柄指定 PS/QCS/EH240用修理部品		
		[構成] HTR/ACS/VER Heater Element		6
		HTR/ACS/HOR Heater3.5kW		9
		TAC/OPT/001 Tactrol oputput board		1
		TAC/PCB/001 Tactrol main P.C.B		1
		TAC/POW/001 Switch Mode Power Supply		1
		CON/240/23A 240V contactor-23Amp		5
		GAS/ACS/500 Door Gasket		2
27-1	血圧計	（仕様）型式：アネロイド式		
		適応腕回り寸法：250～320㎜より幅があること		
		収納ケース：付属		
		測定方法：片手で操作可能なこと		
		参考銘柄① DS44-11 アネロイド血圧計[デュラシックゲージ一一体型]成人用（中）	WelchAllyn（ナビス）	
		[構成]　DS44-11 アネロイド血圧計[デュラシックゲージ一一体型]成人用（中）		19
		参考銘柄② MSM210 ワンハンド式アネロイド血圧計	村中医療器	
		[構成]　MSM210 ワンハンド式アネロイド血圧計		19
27-2	聴診器	（仕様）材質：ステンレスまたは同等		
		ダイヤフラム部径：φ47㎜		
		参考銘柄① 0-6798-01 プロフェッショナル聴診器	WelchAllyn（ナビス）	
		[構成]　0-6798-01 プロフェッショナル聴診器		11
		参考銘柄② 2201 リットマン クラシックIIS.E.（ステトスコープ）一般診察用	村中医療器	
		[構成]　2201 リットマン クラシックIIS.E.（ステトスコープ）一般診察用		11

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
27-3	産科聴診器	（仕様）材質：木		
		形式：樋口式		
		参考銘柄① 8-3900-02 産科聴診器	ナビス	
		[構成]　8-3900-02 産科聴診器		7
		参考銘柄② 17005 産科聴診器	松吉医科器械	
		17005 産科聴診器		7
27-4	メジャー	（仕様）用途：妊婦の腹囲計測用		
		測定範囲：1.5m以上		
		形式：自動巻き取り式		
		参考銘柄① W12A-88-15 メジャー	ナビス	
		[構成]　W12A-88-15 メジャー		13
		参考銘柄② W8A-2m 巻尺	村中医療器	
		[構成]　W8A-2m 巻尺		13
29	身長体重計(新生児）用交換部品	（仕様）Seca社製の純正品であること		
		銘柄指定 seca400用体重計アダプター（コネクター付）	Seca	
		[構成]　seca400 体重計アダプター（コネクター付）		1
30	分娩台用交換部品	（仕様）Inter Equipement社の純正品であること		
		銘柄指定 ACC SG02用交換部品	Inter Equipement	
		[構成] 足台一式		6
		マットレス一式		3
31	移動式X線撮影装置用修理部品	（仕様）Radiologia社の純正品であること		
		銘柄指定 TX-16-MLP用修理部品	Radiologia	
		[構成] SAT-A7409-01 Key Panel		1
		SAT-A8011-01 Green Lamp		1
		SAT-A9719-01 Kit Emargency Switch		1
		SAT-A8013-01 On/Off Key		1
		SAT-50613013 Push Button Collimator Light		1
		SAT-10640-02 Key Panel Overlay		1
		SAT-55801440 Push-button Console Overlay		1
		SAT-A3559-01 Multipurpose Console PCB		2

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
31	移動式X線撮影装置用修理部品	SAT-A3553-02 Serial Control Console PCB		2
	つづき	SAT-54207012 APR Display		1
		SAT-A6805-09 Handswitch Conector DIN		1
		A521047-01 Spare Keys for Mobile		1
		SAT-A3024-121 PCB, ATP Console CPU		1
		SAT-A3063-06 IPM Driver PCB		2
		SAT-54002037 Capacitor ELE 17600 mF, 450 VDC		4
34	保育器用交換交換部品	（仕様）GE Healthcare社の純正品であること		
		銘柄指定 CP2000用修理部品	GE Healthcare	
		[構成] 2045964-001 Patient Probe Reusable CP FRU Kit		4
		6600-0008-850 Blower fan, 5 blade(White)		1
		6600-0561-700 Hand hole assembly		6
		6600-0202-700 Hand hole latch		6
		6600-0969-500 Hand hole post(small)		6
		6600-0968-500 Hand hole post(large)		6
		6600-0081-400 Screw, 10-24 x .375, Skt Hd Cap		20
		6600-0499-800 Iris Port-Hole Cuff (10/pack)		6
35	シリンジポンプ用修理部品	（仕様）テルモ社の純正品であること		
		銘柄指定 TE*331NW3S用修理部品	テルモ	
		[構成]　05LQ43 シリンジポンプ用ユニット部		2
		05LQ14 シリンジポンプ用モーター		2
		05LA211 シリンジポンプ用バッテリー		2
36	光線治療器用修理部品・交換部	（仕様）Inter Equipement社の純正品または推奨品であること		
		銘柄指定 PHO 50用修理部品・交換部品		
		[構成]　グロースターター		12
		カバー		1
		蛍光管（青色）		12
		コントロールボード		1
37	洗濯機用修理部品・交換品	（仕様）TECHNO-DRY社の純正品または推奨品であること		
		銘柄指定 TDX.20 V用修理部品・交換部品	TECHNO-DRY srl	
		[構成] Complete Control Module		2
		40 035 08 モーター		1
		Transformer (control) TR		1

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
37	洗濯機用修理部品・交換品	4007602 Drain Valve 1		1
	つづき	410140 Door Gasket		7
		41015 02 Heater Ressistance		6
		12093601 Motor Pulley		1
		4005638 Bearing Kit Aseembly		2
		41012 02 Lip Seal		2
		4005639 Circlip		2
		4005003 Grease Fitting		2
		4001401 Water Levil Switch		2
		Mechanical Switch at power supply sub-station		1
		4002267 V-Belt		2
		4004903 Hose connector		4
		4101101 Hose		2
		4101103 Hose		2
		4101107 Hose		2
		1005305 Connector		2
		1004215 Fuse		2
		Relay for Inverter		2
		1005305 Contactor		2
		1004215 Fuse		2
		1001806 Connector		1
		1001807 Connector		1
		40 029 11 Heaters Blind Cap		1
38	車椅子	（仕様）本体材質：アルミニウム		
		型式：自走式		
		主軸：ノーパンクタイヤであること		
		キャスター車輪径：φ6インチ		
		主軸径：φ22インチ		
		耐荷重：100kg		
		参考銘柄① KA102ソフト-42A3A 車椅子		
		[構成]　KA102ソフト-42A3A 車椅子	ナビス	2
		参考銘柄② TMK163-40N アルミ製車いす		
		[構成]　TMK163-40N アルミ製車いす	村中医療器	2
40	処置器具セット	（仕様）構成：替刃メスハンドル、No.4、135㎜（1本）		
		替刃メス、上記ハンドルに装着して使用可能（100個）		
		止血鉗子、ケリー、140mm（2本）		
		ピンセット、一般外科用、1×2爪、130㎜（1本）		

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
40	処置器具セット	ピンセット、一般外科用、1×2爪、150～160㎜（1本）		
	つづき	ピンセット、一般外科用、無鈎、130㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、無鈎、150～160㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、反、140㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、直、140㎜（1本）		
		持針器、メーヨー・ヘーガル、直またはミディアムファイン、150～160㎜（1本）		
		止血鉗子、コッヘル、1×2爪、反、145㎜（2本）		
		止血鉗子、コッヘル、1×2爪、直、145㎜（2本）		
		収納ケース、乾熱滅菌可能（1個）		
		スポンジ鉗子(フェルスター、鋸状、直)または舌鉗子（ヘイウッド・スミス）200㎜（1本）		
		包帯バサミ、180㎜（1本）		
		膿盆、210㎜（1個）		
		膿盆、240㎜（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、400～450ml（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、700～1000ml（1個）		
		鉗子立て、取手付、直径75㎜×高さ115～120㎜（1個）		
		材質：ステンレススチール		
		参考銘柄① 処置器具セット	高砂医科工業	2
		［構成］替刃メスハンドル、No.4、135㎜（1本）		
		替刃メス、No.20（100個）		
		止血鉗子、ケリー、140mm（2本）		
		ピンセット、一般外科用、1×2爪、130㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、1×2爪、150㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、無鈎、130㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、無鈎、150㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、反、140㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、直、140㎜（1本）		
		持針器、メーヨー・ヘーガル、直、160㎜（1本）		
		止血鉗子、コッヘル、1×2爪、反、145㎜（2本）		
		止血鉗子、コッヘル、1×2爪、直、145㎜（2本）		
		収納ケース、乾熱滅菌可能（1個）		
		スポンジ鉗子、フェルスター、鋸状、直、200㎜（1本）		
		包帯バサミ、180㎜（1本）		
		膿盆、210㎜（1個）		
		膿盆、240㎜（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、447ml（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、1000ml（1個）		
		鉗子立て、取手付、直径75㎜×高さ115㎜（1個）		

機材仕様明細書

（入札説明書別冊）

番 号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
40	処置器具セット	参考銘柄② BB084R etc. 処置器具セット	大祐医科工業	2
	つづき	［構成］替刃メスハンドル、No.4、135㎜（1本）		
		替刃メス、Fig.22（100個）		
		止血鉗子、ケリー、140mm（2本）		
		ピンセット、一般外科用、1×2爪、130㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、1×2爪、160㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、無鈎、130㎜（1本）		
		ピンセット、一般外科用、無鈎、160㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、反、140㎜（1本）		
		剪刀、メーヨー、直、140㎜（1本）		
		持針器、メーヨー・ヘーガル、ミディアムファイン、150㎜（1本）		
		止血鉗子、コッヘル、1×2爪、反、145㎜（2本）		
		止血鉗子、コッヘル、1×2爪、直、145㎜（2本）		
		収納ケース、乾熱滅菌可能（1個）		
		舌鉗子、ヘイウッド・スミス、200㎜（1本）		
		包帯バサミ、180㎜（1本）		
		膿盆、210㎜（1個）		
		膿盆、240㎜（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、400ml（1個）		
		ガーゼ缶、蓋付、700ml（1個）		
		鉗子立て、取手付、直径75㎜×高さ120㎜（1個）		
43	UPS	（仕様）容量：1kVA		
		バックアップ時間：5分以上		
		電源：単相		
		入力電圧：220V ±15%以上		
		出力電力：220V ±3%以内		
		ソケット数：2個以上		
		ソケット形状：C型		
		AVR機能：付属		
		参考銘柄① US-A224.5-J UPS	松永製作所	
		[構成]　US-A224.5-J UPS		5
		標準付属品：C型ソケット（2個）		
		参考銘柄② PW9130i1000T-XL UPS	Eaton	
		[構成]　PW9130i1000T-XL UPS		5
		標準付属品：IEC320 型ソケット＋C型用アダプター（5個）		

梱包条件書

1　マーキング

梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。

(1)ケース・マーク（黒字)

（コンサイニー略称）　**（別紙コンサイニーリスト(No.1～11）のとおり）**

Bujumbura, BRUNDI

(インボイス番号)

C/No.　(ケース番号/ケース数)

(2)サイド・マーク(赤字)

☑仏語：　COOPERATION TECHNIQUE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON

(3)CAUTION/CARE　MARK(TOP MARK等)

運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク（FRAGILE, HANDLE WITH CARE, THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等）を見やすい位置に貼付。危険物がある場合は、安全な梱包とし、危険物である旨マークを貼付すること。温度管理品がある場合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。

(4)注意事項

①輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマーク、MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。

②梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載するケース番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させること。

③梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当するアイテム番号を付すこと。

④別紙アロケーションリストに基づき、仕向地ごとに梱包ケースを分けること。

2　梱包条件

本邦出荷機材については、以下のとおりとすること。

第三国出荷機材については、以下を参考としつつ、受注者の責任で適切な梱包とすること。

ア　海上輸送・航空輸送の共通事項

(1) 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単品を除きできるだけ500kgを超えないようにすること。

(2) その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、すり材をつけること。

(3) 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を示すこと。

(4) 危険物は、国連で定められた輸送用容器（包装・梱包方法）で輸送すること。

(5) 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。

(6) 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。

(7) 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。

(8) 11仕向地ごとに梱包し、ブルンジ国到着後の仕分けが容易になるよう工夫すること。

イ　海上輸送梱包

(1) 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのため、原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の普通合板とすること。ただし、機材によっては厳重梱包が必要な場合やパレット梱包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メーカーと相談のうえ適切な梱包とすること。

(2) 木材梱包とする場合は、次の条件によること。

①原則としてJIS Z 1402以上の規格の木箱密閉梱包とする。

②重量が500kg以上かつ長さ15m、幅5m、高さ5m以内の場合は、JIS Z 1403以上の規格の枠組箱密閉梱包。

③仕向地により国連公表の国際基準（ISPM NO.15）に基づき熱処理・燻蒸などの必要な処理を行った木材を使用すること。

④熱処理・燻蒸証明書：必要／不要。

(3) 必要に応じ、梱包ケースの側板の上下又は中間、及びふた板の両サイド又は中間に、胴桟を打ちつけること。

(4) 梱包ケースは、必要に応じ、帯鋼、すみ金、かど金により補強すること。

(5) 電気機器、精密機械、その他特別配慮を要する機材については、真空バリア梱包とすること。

(6) コンテナによる輸送の場合、20フィートまたは40フィートコンテナの内法寸法に配慮し、コンテナに納めたときに無駄の少ない大きさで各梱包ケースをまとめること 。
(7) FCLの場合は、その中の貨物は段ボール箱でもよい場合もあるが、LCLの場合は、合板密閉梱包又は木材梱包とすること。
(8) 内陸輸送や保管のために買取コンテナが必要な場合には発注者がその旨指定すること。
(9) 内陸輸送に当たって海上輸送用の梱包ケースを解体する場合に備え、各々のアイテムの包装をダブルカートン強化段ボール箱等内陸輸送に耐えられるものにしておくこと。

ウ　航空輸送梱包

(1) 原則としてダブルカートン強化段ボール箱梱包とすること。
(2) 原則として高さ160cm以内かつ長さ・幅・高さの合計が250cm以下とし、外装を含めた総重量は1個500kg以下とすること。
(3) 航空会社は最大高さ3mまでの段積みを行うため、下段に積まれた貨物は、上段の貨物の自重に加え、航空機が運航中に受ける荷重(通常2G程度)も合わせて受けることになるので、充分な強度を持った段ボール（JIS Z 1506及びJIS Z 1516の規格を満たす複両面段ボールまたは複々両面段ボール）により、かつ　JIS Z 1507の規格を満たす形状の箱とすること。上面には充分な強度を持たせ、かつ平坦な形状となるように梱包すること。
(4) 高さ160cmを上回る場合、長さ・幅・高さの合計が250cmを上回る場合、または外装を含めた総重量が1個50kgを上回る場合は、海上輸送用梱包の条件に基づく合板密閉梱包又は木材梱包とすること。
(5) 気圧の変化に耐えられるように梱包すること。
(6) 危険物の場合は、ICAO、IATA等の規則に従うこと。
(7) 温度管理品（冷蔵品、冷凍品）は、保冷剤やドライアイスなどを適切に利用すること。

エ　仕向国内輸送にかかる留意事項

特になし

以上

Liste des destinataires

No.	Destinataires	Adresse physique	Responsible	Poste	Tél	Fax	E-mail
1	HPRC (プランス･レジャン･シャルル病院)	Avenue du Port, Bujumbura	Dr. Jean Bosco NDUWARUGIRA	Directeur	22 22 84 35 / 77 844 887	22 22 54 35 22 22 39 65	jeanbosconduwa@yahoo.fr
2	CHUK (カメンゲ大学病院)	Boul. du 28 Novembre, Bujumbura	Dr. Pontien NDABASHINZE	Directeur	22 23 20 92 / 79 42 73 02	22 23 22 67	ndabashinze@yahoo.fr
3	CPLR (プランス･ルイ･ルワガソレ クリニッ	Avenue Pierre Ngendandumwe Bujumbura	Dr. MINANI Isaac	Directeur	22 22 51 37 / 75 229 007		minisa63@yahoo.fr
4	CDS Kamenge (カメンゲ保健センター)	Centre de Santé Kamenge Public	NDAYISENGA Pénine	Titulaire	79 33 65 66		ndayisengapenine@yahoo.fr
5	CDS Musaga (ムサガ保健センター)	Kinanira 1, 3ème Avenue	Dr. NUKURI Goreth	Médecin-chef	79 42 65 69		mnukuri@ymail.com
6	CDS Ngagara (ンガガラ保健センター)	Quartier 3, Ngagara	NDUWAYO Aline	Titulaire	79 58 92 48		
7	CDS Buterere I (ブテレレ I 保健センター)	Quartier Kiyange, 12ème Avenue N°3	MBO NIMPA Nadia	Titulaire	79 96 82 52		mbonanadia@yahoo.com
8	CDS Kanyosha (カニョシャ保健センター)	Commune Kanyosha, Quartier Kajiji, 8ème Avenue, N°71	MIRARE Jacqueline	Titulaire	77 82 52 67		
9	CDS Bwiza-Jabe (ブイザジャベ保健センター)	Avenue de la Jeunesse	NDUWIMANA Oda	Titulaire	79 46 70 48		
10	CDS Buyenzi (ブエンジ保健センター)	Commune Buyenzi, Avenue de l'HPRC, Quartier 7	Dr. Séraphine NTIZAHUVYE	Directrice	79 95 58 21		
11	CDS Ruziba (ルジバ保健センター)	Route Rumonge, Quartier Nyabugete	KAYABAGA Pélagie	Titulaire	79 31 56 09		
12	(CDS Mutakura) (ムタクラ保健センター)	16ème Avenue, N°1	MISAGO Euphrasie	Titulaire	79 56 95 50		

※ No.12 CDSムタクラについては、更新機材、部品の調達はないものの、既存機材（本体案件で調達したもの） に対する修理と研修のために技師派遣を予定

アロケーションリスト

番 号	機　　材　　名	構　　成	数量	仕　　向　　地										
				PRC病院	CHUK病院	PLR ｸﾘﾆｯｸ	CDS ｶﾒﾝｹﾞ	CDS ﾑｻｶﾞ	CDS ﾝｶﾞｶﾞﾗ	CDS ﾌﾞﾃﾚﾚ1	CDS ｶﾆｮｼｬ	CDS ﾌﾞｲｻﾞｼﾞｬﾍﾞ	CDS ﾌﾞｴﾝｼﾞ	CDS ﾙｼﾞﾊﾞ
1	点滴台		4				4							
2	診察灯用交換部品		1				1							
3-1	分娩監視装置		4	2	2									
3-2	フェータルドップラー		2			2								
4	超音波診断装置（ポータブル）用交換部品・消	CA1421 Convex Probe 5 2	3	1		2								
		ジェル 5リットル	12	4		8								
5	超音波診断装置用交換部品・消耗品	CA1421 Convex Probe 5 2	4	2		2								
		Line Probe	4	2		2								
		Transvaginal Probe	4	2		2								
		ジェル 5リットル	16	8		8								
7	分娩器具セット(保健センター)		1				1							
8	インファントウォーマー用交換部品	94013 マットレス	4		4									
		95747 イルミネーションランプ	8		8									
		94006 クウォーツヒーター	4		4									
9	酸素吸入器（成人・新生児）	ボンベ用加湿流量計（加湿瓶（キャンプ・パッキン付）、圧力計付減圧弁を含	7		3	4								
		成人用酸素マスク	210		90	120								
		新生児用酸素マスクまたはカニュラ	210		90	120								
		成人用経鼻カニューラ	40		20	20								
		交換部品（加湿瓶（キャンプ・パッキン付））	7		3	4								
10	酸素吸入器(新生児)	ボンベ用加湿流量計（加湿瓶（キャンプ・パッキン付）、圧力計付減圧弁を含	9		6	3								
		新生児用酸素マスクまたはカニュラ	270		180	90								
		交換部品（加湿瓶（キャンプ・パッキン付））	9		6	3								
11	卓上吸引器用修理部品・交換部品	AP017518 Moter pump	5		5									
		FB-193A10 Bactericidal Filters FB-193A (bag of 10 units)	30		30									
		FV010100 1 liter LEXAN flask with stopper and connectors	10		10									
		AP017542 Silicone tube of 6x12 mm (1 m)	5		5									
		RC009949 Silicone tube of 4x8 mm (1m)	5		5									
		RC009928 T connector	5		5									
		RC009906A Fuse: 1A 5x20	30		30									
		RC009904 Fuse holder	30		30									
14	手術灯		3	1	2									
15	麻酔器用修理部品・交換部品	OM397	1		1									
		008AD.R ALPHA DELTA	1		1									
		CS00120 CO2 reusable BS standard absorber (steril.by cold immersion)	2		1	1								
		of 0.6kg capac.including a spare jar of 0.6kg												
		100148/IDF Halothane vaporizer with interlock and rapid connection including refill device	1		1									
		119121 CO2 Absorber kit	2		1	1								
		001562/SLR Silicone, resuscitation patient circuit for adults	3		3									
		including:												
		- n.4 silicone corrugated tube, adult L=60 D=22												
		- n.1 Y connector for adults 22x22x22 15F												
		- n.2 water trap, adults												
		- n.1 mask connector with connecting tube												
		0011100/P Jackson Rees paediatric circuit composed of:	3		3									
		- 0.50 lt. bag with descharge valve												
		- Catether mounth												
		- T connector												
		- Green Tube												
		- British connector												
		- Corner connector												
		P08900139 O2 inlet AFNOR type	3		3									
		P08900129 N2O inlet AFNOR type	3		3									
		106151/3 Black rubber rebreathing bag of lt.3	3		3									
		106144/2 Silicone transparent face mask size 2	3		3									
		106144/4 Silicone transparent face mask size 4	3		3									
		106144/5 Silicone transparent face mask size 5	3		3									
		106142 Head Harness for adults	3		3									
		G60005101 O2 hose for VENTILATOR connection	1		1									
		G60005100 4 mt hose for O2 supply unit, white color	3	2	1									
		G60006100 4 mt hose for N2O supply unit, blue color	3	2	1									
		A2000 Adults-Paediatric hose kit for humidifier	1		1									
		E85500999 Cable for O2 sensor connection	1		1									
		R094000A1 Annual maintenance kit for soda lime group 00119	1		1									
16	手術用吸引器用修理部品、交換部品	FB-194A5 Bactericidal filters FB-194A (bag of 5 units)	6	2	4									
		FV010300 3 liter LEXAN flask with stopper and connectors	10	2	8									
		AP017542 Silicone tube of 6x12 mm (1 m)	4		4									
		FV010038 Large fast connector with joint	4		4									
		FV010039 Small fast connector with joint	4		4									
		RC009955A Fuse: 3.15A 5x20	10		10									
		RC009904 Fuse holder	10		10									
17	電気メス用交換部品	SEL/E Set of 8 electrodes	12		8	4								
		E21 Loop type wire round diam. mm.5	12		8	4								
		E23 Loop type wire round diam. mm.10	12		8	4								
		E23/N - LOOP TYPE DIAM. MM.10 ELECTRODE	12		8	4								
		E25/N -LOOP TYPE RIBBON ROUND DIAM. MM15	12		8	4								

アロケーションリスト

番 号	機　　材　　名	構　　成	数量	仕　　向　　地										
				PRC病院	CHUK病院	PLR ｸﾘﾆｯｸ	CDS ｶﾒﾝｹﾞ	CDS ﾑｻｶﾞ	CDS ﾝｶﾞｶﾞﾗ	CDS ﾌﾞﾃﾚﾚ1	CDS ｶﾆｮｼｬ	CDS ﾌﾞｲｻﾞｼﾞｬﾍﾞ	CDS ﾌﾞｴﾝｼﾞ	CDS ﾙｼﾞﾊﾞ
		MPE/CMS - HAND-SWITCH HANDLE W/CABLE	12		8	4								
		PMC/R - BIP. FORCEPS STRAIGHT T.1 L.200	12		8	4								
		EL/BL-L - HOOK 'L'ELECTR.INSUL.DIAM.MM.5	12		8	4								
		CPB/E - BIP. CABLE MCDS/MCDSe/NHP - MT.3	12		8	4								
		DS/E - DUAL PEDAL	12		8	4								
		DS/B - DUAL PEDAL (BIPOLAR)	12		8	4								
		NP/A - NEUTR.PLATE STAINL. STEEL W/CABLE	12		8	4								
		FGE -FIXING BELT FOR NEUTR. PLATE CM.150	12		8	4								
		CMS/E - CABLE MT.3 REUSABLE TYPE	12		8	4								
		EIP/SA - SPLIT ELECTRODE ADULTS (25 PCS)	12		8	4								
		RD/5 - ADAPTOR FOR MONOPOLAR CABLES	12		8	4								
		RD/BF - ADAPTOR TYPE A/B ALSA CATALOG	12		8	4								
		RD/BF1 -ADAPTOR TYPE C ALSA CATALOGUE	12		8	4								
		RD/BF2 - ADAPTOR TYPE D ALSA CATALOGUE	12		8	4								
18	患者モニター（成人）用修理部品・交換部品	1003L6O ECG Cable and Leads (3 Lead)	12	4	4	4								
		325DFS SPO2 Finger Probe with Cable	12	4	4	4								
		200LAC NIBP Cuff Large Adult	12	4	4	4								
		200AC NIBP Cuff Adult	12	4	4	4								
		100EA ECG Electrode	1200	400	400	400								
19	患者モニター(新生児）用修理部品・交換部品	PA-O2-301 AC-DC Module	1		1									
		1003L6O ECG Cable and Leads (3 Lead)	4		2	2								
		325DYS SPO2 Y sensor (Infant) req Ext cable	4		2	2								
		325DEC SPO2 Ext. Cable	4		2	2								
		200CC NIBP Cuff Child	4		2	2								
		200IC NIBP Cuff Infant	4		2	2								
		100EP ECG Electrode (Box of 1500, Inf)	1		1									
		PA-O2-302 DC/DC Module	1		1									
20	パルスオキシメータ（成人）用修理部品・交換	MD2AM Motherboard	2		2									
		300BFSOXII SPO2 Finger Probe for Ext Cable	10	4	4	2								
		300BOXIIEXT SPO2 Ext. Cable	10	4	4	2								
		9400 Battery	5	2	2	1								
		MD2ASO SPO2 Socket	2		2									
21	パルスオキシメータ（新生児）用修理部品・交	300BYSOXII SPO2 Y sensor (Infant) req Ext cable	20	6	10	4								
		300BOXIIEXT SPO2 Ext. Cable	20	6	10	4								
		9400 Battery	7		5	2								
		MD2ASO SPO2 Socket	5		5									
24	高圧蒸気滅菌器用修理部品・交換部品	HTR/ACS/VER Heater Element	6	6										
		HTR/ACS/HOR Heater3.5kW	9	3		6								
		TAC/OPT/001 Tactrol oputput board	1			1								
		TAC/PCB/001 Tactrol main P.C.B	1			1								
		TAC/POW/001 Switch Mode Power Supply	1			1								
		CON/240/23A 240V contactor-23Amp	5	4		1								
		GAS/ACS/500 Door Gasket	2			2								
27-1	血圧計		19	3			2	2	2	2	2	2	2	2
27-2	聴診器		11	3			2		2			2	2	
27-3	産科聴診器		7	3									2	2
27-4	メジャー		13	3			2		2		2	2	2	
29	身長体重計(新生児）用交換部品	seca400 体重計アダプター（コネクター付）	1				1							
30	分娩台用交換部品	足台一式	6		3	3								
		マットレス一式	3		3									
31	移動式X線撮影装置用修理部品	SAT-A7409-01 Key Panel	1			1								
		SAT-A8011-01 Green Lamp	1			1								
		SAT-A9719-01 Kit Emargency Switch	1			1								
		SAT-A8013-01 On/Off Key	1			1								
		SAT-50613013 Push Button Collimator Light	1			1								
		SAT-10640-02 Key Panel Overlay	1			1								
		SAT-55801440 Push-button Console Overlay	1			1								
		SAT-A3559-01 Multipurpose Console PCB	2		1	1								
		SAT-A3553-02 Serial Control Console PCB	2		1	1								
		SAT-54207012 APR Display	1			1								
		SAT-A6805-09 Handswitch Conector DIN	1			1								
		A521047-01 Spare Keys for Mobile	1			1								
		SAT-A3024-121 PCB, ATP Console CPU	1		1									
		SAT-A3063-06 IPM Driver PCB	2		2									
		SAT-54002037 Capacitor ELE 17600 mF, 450 VDC	4		4									
34	保育器用交換部品	2045964-001 Patient Probe Reusable CP FRU Kit	4	4										
		6600-0008-850 Blower fan, 5 blade(White)	1		1									
		6600-0561-700 Hand hole assembly	6		6									
		6600-0202-700 Hand hole latch	6		6									
		6600-0969-500 Hand hole post(small)	6		6									
		6600-0968-500 Hand hole post(large)	6		6									
		6600-0081-400 Screw, 10-24 x .375, Skt Hd Cap	20		20									
		6600-0499-800 Iris Port-Hole Cuff (10/pack)	6		6									
35	シリンジポンプ用修理部品	05LQ43 シリンジポンプ用ユニット部	2		2									
		05LQ14 シリンジポンプ用モーター	2		2									
		05LA211 シリンジポンプ用バッテリー	2		2									

アロケーションリスト

番 号	機　　材　　名	構　　成	数量	仕　　向　　地										
				PRC病院	CHUK病院	PLR ｸﾘﾆｯｸ	CDS ｶﾒﾝｹﾞ	CDS ﾑｻｶﾞ	CDS ﾝｶﾞｶﾞﾗ	CDS ﾌﾞﾃﾚﾚ1	CDS ｶﾆｮｼｬ	CDS ﾌﾞｲｻﾞｼﾞｬﾍﾞ	CDS ﾌﾞｴﾝｼﾞ	CDS ﾙｼﾞﾊﾞ
36	光線治療器用修理部品・交換部品	グロースターター	12	8		4								
		カバー	1			1								
		蛍光管（青色）	12	8		4								
		コントロールボード	1			1								
37	洗濯機用修理部品・交換品	Complete Control Module	2		1	1								
		40 035 08 モーター	1		1									
		Transformer (control) TR	1		1									
		4007602 Drain Valve 1	1		1									
		410140 Door Gasket	7	2	2	3								
		41015 02 Heater Ressistance	6	2	1	3								
		12093601 Motor Pulley	1		1									
		4005638 Bearing Kit Aseembly	2		2									
		41012 02 Lip Seal	2		2									
		4005639 Circlip	2		2									
		4005003 Grease Fitting	2		2									
		4001401 Water Levil Switch	2		2									
		Mechanical Switch at power supply sub-station	1		1									
		4002267 V-Belt	2		2									
		4004903 Hose connector	4		4									
		4101101 Hose	2		2									
		4101103 Hose	2		2									
		4101107 Hose	2		2									
		1005305 Connector	2		2									
		1004215 Fuse	2		2									
		Relay for Inverter	2		2									
		1005305 Contactor	2		2									
		1004215 Fuse	2		2									
		1001806 Connector	1			1								
		1001807 Connector	1			1								
		40 029 11 Heaters Blind Cap	1	1										
38	車椅子		2		2									
40	処置器具セット		2				1							1
43	UPS		5			5								
			2885	518	1360	960	14	2	6	2	4	6	8	5